شركة "أكنتى" للفقاعات بتكنولوجيا النانو &
ومزوِد مكثِف الأكسجين
٩-٢-١ نيودانى
مينوه أوساكا
〒 0011-562
اليابان

مضخة عينة لأجهزة الاستشعار

اكتشف مضخات العينات عالية الأداء من Acniti◉ المصممة بخبرة للاستخدام مع مستشعر الفقاعات النانوية ALT ومستشعرات تركيز الماء بالأوزون. تضمن هذه المضخات المصممة بمتغيرات قوية مقاومة للت كل وقياسية تحليل دقيق وموثوق للمياه للمختبرات والتطبيقات الصناعية. كما أن توافقها ومتانتها وتصميمها المبتكر يجعلها ضرورية للقياسات الدقيقة القائمة على المستشعرات في المراقبة البيئية ومراقبة الجودة.

Copyright © 2025

مضخة عينة لأجهزة الاستشعار

مضخات أخذ العينات لمستشعرات الأوزون ومستشعر الفقاعات النانوية **ALT**

- مضخة عينة الاستشعار للموديلات المقاومة للتآكل
- الاستخدام مع حساسات الأوزون
- الاستخدام مع نظام مراقبة الفقاعات النانوية ALT

صممت مضخات عينات الاستشعار من Acniti لأخذ عينات المياه بدقة في مستشعرات تركيز الماء بالأوزون وأنظمة استشعار الفقاعات النانوية ALT.

تتميز هذه المضخات بنموذجين المقاوم للتآكل والقياسي - توفر هذه المضخات توافقا متعدد الاستخدامات◉ وتعمل من 100 فولت إلى 230 فولت◉ مع استهلاك طاقة 15 وات. تستخدم الوحدة المقاومة للتآكل الأجزاء المبللة بالسيليكون SUS304 وPTFE وFKM والأجزاء المبللة بالسيليكون للبيئات القاسية◉ بينما تستخدم المضخة القياسية الأجزاء المبللة بالسيليكون والنحاس الأصفر EPDM والسيليكون والنحاس الأصفر لضمان موثوقية قوية. يستوعب الطرازين مداخل/مخارج 6 مم. صممت مضخات Acniti لتقدم أداء متسقا من 0-60 درجة مئوية لدرجات حرارة المياه وحتى 85% رطوبة نسبية◉ وتوفر مضخات Acniti قراءات دقيقة للمستشعرات لحلول مراقبة المياه المتقدمة.

Copyright © 2025

مضخة عينة استشعار مقاومة للتآكل

	وصف	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
1	اسم النموذج	مضخة عينة استشعار مقاومة للتآكل	مضخة عينة استشعار مقاومة للتآكل
2	رقم الموديل	sensor_sample_pump_corrosive	sensor_sample_pump_corrosive
	سائل	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
3	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
4	درجة حرارة الماء القصوى	60 درجة الحرارة (°C)	140 درجة فهرنهايت
5	توفر المصفاة وحجمها	2~5µm	2~5µm
	محيط	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
6	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
7	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	0 %
8	الرطوبة النسبية القصوى	85 %	85 %
	غاز	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
9	جودة الغاز		
10	ملاحظة الغاز		
	كهربائي	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
11	طور الوحدة والجهد	100V ~ 230V	100V ~ 230V
12	استهلاك الطاقة للوحدة	15 واط	15 واط
13	أجزاء ملامسة	PTFE ◉ FKM ◉ SUS304 ◉ السيليكون,	PTFE ◉ FKM ◉ SUS304 ◉ السيليكون,
14	نموذج المضخة		
15	طور المضخة Ø الجهد		
16	عدد مرات المضخة Ø جهد 60 هرتز		
17	ضبط ضغط المضخة		
18	التحكم		

Copyright © 2025

	اتصالات	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري
19	مدخل المياه	6mm
20	مخرج المياه	6mm
21	مدخل الغاز	

Copyright © 2025

alt لتغذية جهاز المراقبة dc مضخة الحجاب الحاجز ufb

	وصف	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
1	اسم النموذج	مضخة الحجاب الحاجز DC لتغذية جهاز المراقبة ALT UFB	مضخة الحجاب الحاجز DC لتغذية جهاز المراقبة ALT UFB
2	رقم الموديل	sensor_sample_pump_standard	sensor_sample_pump_standard
	سائل	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	تدفق / الدقيقة	0.3 لتر	0.1 جالون
4	تدفق/ساعة	18 لتر	4.8 جالون
5	توفر المصفاة وحجمها	2 ~ 5 ميكرومتر	2 ~ 5 ميكرومتر
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
6	جودة الغاز	لا توجد غازات أكالة	لا توجد غازات أكالة
7	ملاحظة الغاز	متوفر	متوفر
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
8	طور الوحدة والجهد	100 فولت ~ 230 فولت	100 فولت ~ 230 فولت
9	استهلاك الطاقة للوحدة	15 واط	15 واط
10	أجزاء مبللة	EPDM◉ سيليكون◉ تجهيزات نحاسية	EPDM◉ سيليكون◉ تجهيزات نحاسية
11	نموذج المضخة		
12	طور المضخة Ø الجهد		
13	عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز		
14	ضبط ضغط المضخة		
15	التحكم		
	اتصالات	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
16	مدخل المياه	6 مم	6 مم
17	مخرج المياه	6 مم	6 مم

Copyright © 2025

اتصالات	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري
18 مدخل الغاز	

Copyright © 2025